

FZ (20721)

No. 202219646-001-AZD-1

2022年8月22日

(株) 富士プラント

様

環境計量証明事業登録福岡県濃度第39号  
建築物飲料水水質検査業登録福岡県濃度第46号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所  
〒813-0062 福岡県福岡市東区志賀島1-1-6号  
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

# 検査成績書

ご依頼されました試料の検査結果は下記の通りです。

試料名	御殿場(原水)			採取時刻	--			
受入年月日	2022年8月12日			気温	--			
採取年月日	2022年8月10日			水温	--			
天候				****	****			
採取者	依頼者							
検査項目	結果	単位	測定方法	検査項目	結果	単位	測定方法	
放射性ヨウ素(ヨウ素 131)	0.7未満	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法					
放射性セシウム(セシウム 134)	0.5未満	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法					
放射性セシウム(セシウム 137)	0.7未満	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法					
以下余白								
備考								
緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省医薬品局食品保健部監視安全課)第2章 2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 ・測定結果は試料採取日の濃度に補正した値です。 ・検出下限値は、測定器が検出可能な最小濃度です。								